

# 『食品の放射能簡易検査結果』のお知らせ(第119号)

自家消費野菜等の放射能検査結果(5月分・令和2年5月1日～5月29日検査分)は以下の通りです。

なお、市のホームページにおいても検査結果を掲載しております。(http://www.city.shirakawa.fukushima.jp)

国で定められた放射性セシウムの基準値

一般食品 100ベクレル/kg

## 《測定方法と測定機器》

○『きざんで測定』:日立アロカメディカル(株) CAN-OSP-NAI (※従来の細かく刻む測定方法です。)

○『まるごと測定』:(株)アドフューテック AFT-NDA2 (非破壊式) (※本庁のみで測定しています。)

## 【白河地区】

◆『まるごと測定』 ※検出限界値:測定食品により異なる。表中の値のとおり。(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値	検出限界値
1	その他	こしあぶら	白河市旗宿	5月1日	22	397	419	19
2	その他	こしあぶら	白河市白坂	5月1日	75	1178	1253	19
3	その他	たけのこ	白河市白坂	5月12日	検出せず	27	27	18
4	その他	ふき	白河市本沼	5月12日	検出せず	検出せず	-	13

## 【表郷地区】

◆『きざんで測定』 ※検出限界値:25ベクレル/kg(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値
1	その他	たけのこ	白河市表郷梁森	5月8日	検出せず	検出せず	-

## 【大信地区】

◆『きざんで測定』 ※検出限界値:25ベクレル/kg(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値
1	その他	たけのこ	白河市大信堂山	5月13日	検出せず	検出せず	-

◆『まるごと測定』 ※検出限界値:測定食品により異なる。表中の値のとおり。(セシウム合計値)

整理番号	種別	品目	採取場所	測定月日	セシウム134	セシウム137	合計値	検出限界値
1	その他	ふき	白河市大信下小屋	5月22日	検出せず	検出せず	-	13

## 【東地区】

測定はありませんでした。

### ■お問い合わせ

白河市役所生活防災課 電話 22-1111 (内線 2162・2163)

### ■検査予約先

※『まるごと測定』は、本庁のみで実施しています。

○本庁 食品検査室 電話22-2700

○表郷庁舎 地域振興課 電話32-2111(内線3273)